

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 3126
Ημερομηνία 25-5-18

11 κ 5/μ
91 7

Αίτηση του
ΚΩΤΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ/τη ουρολογικής κλινικής
Γ.Ν.Φλώρινας

<<Αγορά αναλώσιμου
ιατρικού υλικού >>

Φλώρινα : 25/05/2018

Προς το
Σ.Δ.
του Γ.Ν. Φλώρινας

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την αγορά του παρακάτω αναλώσιμου ιατρικού υλικού με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές : Σετ νεφροστομίας δύο βημάτων που να περιλαμβάνει καθετήρα pig tail 8-10,5 ch με τουλάχιστον 7 πλάγιες οπές στο άκρο του και κεντρική οπή στην μία άκρη του , άκρο με luer lock στην άλλη , διπλή ηχοσκοιρή βελόνα διάμετρος 17,5 G και μήκους 18,5-20 εκ. με οδηγό σύρμα Lunderquist 0.0p5" και μήκους 80-90 εκ ,μεταλλικό άκαμπτο στείλειό καθοδήγησης , πλαστικό ευθειαςτή για τον καθετήρα και αποσπώμενο συνδετικό για τον ουροσυλλέκτη

Ο αιτών

ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΤΗΣ ΟΥΡΟΛ ΚΛΙΝ. Γ.Ν.Φ.
ΑΔΤ 27115300652 - ΑΜ ΤΣΑΥ 51629
ΑΡΙΘΜ. 27115300652