

(02-25-1766)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Μη επεμβατικός αισθητήρας δακτύλου, τεσσάρων ηλεκτροδίων (PPG-Φωτοπληθυσμογραφίας, GSR - Γαλβανικής απόκρισης δέρματος, Θερμοκρασίας και Επιταχυνσιομέτρου) σε ενιαία κατασκευή, για την μέτρηση της αλγαισθησίας με τη μέθοδο του αλγαισθητικού δείκτη, συμβατός με μόνιτορ/ενισχυτή NOL. Να συνδέεται σε συνεργασία με αισθητήρα πολ/λων χρήσεων, στην επάνω πλευρά του δακτύλου του ασθενούς. Μιας χρήσεως, σε ατομική συσκευασία, με διάρκεια ζωής 24 μήνες. PVC Free & LATEX Free.

Να συνοδεύεται από το μόνιτορ μέτρησης αλγαισθησίας NOL.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ε.Π.Θ.
ΑΔΤ 2313510 - ΑΜ. ΠΣΑΥ 7305
ΑΠΛΗ/ΔΕ. 000000