

Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης με ακουστικές και απτές αναδράσεις, με 2 άκρα τροκάρ (κοφτερό και τυφλό) μεγέθους 5,7mm, μίας χειρολαβής διάμετρου 28mm και μήκους στείλεου 22cm. Με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ άκμονα με μεγαλύτερους υποδοχείς των κλιπ για συνέπεια στο σχηματισμό των κλιπ σε σχήμα Β. Η κεφαλή κλιμακωτής σχεδίασης τοποθετεί τρεις αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής με 39 αγκτήρες τιτανίου κυκλικής εγκάρσιας διατομής (0.22mm, 0.22mm, 0.24mm), ύψους αντίστοιχα (3mm, 3.5mm, 4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς. Η κοπτική λάμα - λοξευμένη σμίλη από ανοξείδωτο ασάλι 420 δημιουργεί αναστομωτικό αυλό 19,5mm.

Τεχνικές απαιτήσεις (Επί ποινή αποκλεισμού)

- 1. Η Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
- 2. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων, και επιπλέον ότι διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για τεχνική υποστήριξη και επίδειξη των εργαλείων στο χειρουργείο του νοσοκομείου μας.


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ