

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ (SPIRAL) ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (CUFF)**

1. Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC, με αεροθάλαμο (cuff) κυλινδρικού σχήματος Hi volume – Low pressure και να διαθέτει πυκνή μεταλλική σπείρα ενίσχυσης σε ολόκληρο το μήκος του ακόμη και κάτω από τον αεροθάλαμο (cuff), η οποία να περικλείεται ομοιόμορφα και με ασφάλεια στο τοίχωμα του σωλήνα, ώστε να βοηθάει στην πρόληψη του τσακίσματος του.
2. Το cuff να ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι στο οποίο να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για εύκολη και άμεση αναγνώριση του μεγέθους του.
3. Ο σωληνίσκος που συνδέει τον αεροθάλαμο (cuff) με το μπαλονάκι ελέγχου της πίεσης του αεροθαλάμου (cuff), να εξέρχεται ασφαλώς από το τοίχωμα του σωλήνα, όσο το δυνατό πλησιέστερα προς το συνδετικό 15mm και να μην διατρέχει το μήκος του σωλήνα.
4. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για στοματική και ρινική διασωλήνωση.
5. Το μήκος του σωλήνα να είναι μεγαλύτερο των 350 mm για όλα τα νούμερα από το Νο 7 και άνω, ώστε το μήκος του, να καθίσταται επαρκές για ρινοτραχειακή διασωλήνωση ακόμη και σε ιδιαίτερα μεγάλωσυμα άτομα.
6. Ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας να διαθέτει πλάγια σπή (Murphy eye)
7. Να διαθέτει σταθερά προσαρμοσμένο συνδετικό 15 mm για τη σύνδεσή του με το κύκλωμα αναισθησίας. Το συνδετικό να φέρει και στις δυο πλευρές του, συμμετρικές εγκοπές για την ασφαλή, εύκολη και γρήγορη χρήση της ταινίας (φακαρόλα) σταθεροποίησης του σωλήνα.
8. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα, 1 cm πάνω από το cuff για την ένδειξη σωστής τοποθέτησης.
9. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία με προτοποθετημένο εύκαμπτο μεταλλικό στυλεό, για μεγέθη από Νο 7 έως και Νο 8,5
10. Ο στυλεός να διαθέτει πλαστική επικάλυψη, απαλή επιφάνεια και με λαβή σε σχήμα σπείρας για τον ευκολότερο χειρισμό του. Επίσης, να καταλήγει σε κοίλο μαλακό άκρο ώστε να είναι ατραυματικός.
11. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
12. Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΡ ΥΠΕΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΟΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜ. 22037403504 Α.Μ. ΤΣΑΥ. 12/19/24