

Τεχνικές προδιαγραφές

- Επιτυγχάνει κυκλική αναστόμωση
- Είναι αποστειρωμένος σε ειδική συσκευασία
- Είναι μίας χρήσης
- Φέρει αποστειρωμένο μίας χρήσης μεταλλικό στέλεχος, δίκην καμπάνας, από κράμα ψευδάργυρου για την προστασία της βαλάνου
- Φέρει ρυθμιστικό διακόπτη για επίτευξη πλήρους και σταθερής καθήλωσης της ακροποσθίας στο προστατευτικό της βαλάνου μεταλλικό στέλεχος
- Έχει διακόπτη ασφαλείας που θα χειρίζεται ο χειρουργός, ώστε υπό πλήρη έλεγχο να εκτελεί την αναστόμωση
- Το χειρίζεται ο χειρουργός με την λαβή της άκρας χειρός
- Φέρει συρραπτικά συρραφής από ανοξείδωτο ατσάλι
- Φέρει κυκλική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαθέτει μεγέθη ώστε να καλύπτονται όλα τα μεγέθη βαλάνου πέους ανεξαρτήτως ηλικίας
- Έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (CE, ISO κλπ.)
- Διαθέτει λαβή δίκην πιστολιού

- Σημαντικά καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
- Μείωση στο μισό του συνολικού χειρουργικού χρόνου, με μέσο καθαρό χειρουργικό χρόνο μόλις 5-7 λεπτά
- Σημαντική μείωση μετεγχειρητικού οιδήματος
- Ελάχιστη διεγχειρητική αιμορραγία
- Ελάχιστος διεγχειρητικός πόνος
- Αυτόματη απόρριψη των clips (10-20 ημέρες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΑΤΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΠΚΑ: 20046400513 Α.Μ. ΠΣΑΥ: 91792