

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΜΕ 8 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΣΘΕΝΗ

ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΛΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΔΙΑΠΝΕΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ FLEECE ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙ ΜΗΚΗΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΡΙΤΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 CM

ΝΑ ΦΕΡΕΙ 4 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕΠΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ 8 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ) ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4000ML

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200KG

ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ Ή ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΣΑΝΙΔΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 CM X 210 CM (+/- 5CM)

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ CLASS I ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EU) 2017/745 MEDICAL DEVICE REGULATION (MDR)

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ (ΠΛΗΡΩΣ Η ΜΕΡΙΚΩΣ):

EN 1041: 2013

EN ISO 10993-1

EN ISO 10993-5

EN ISO 10993-10

EN ISO 15233-1

ISO 11948-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3 ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΛΟΡΙΝΑΣ
ΓΚΕΛΑΒΕΣ
ΠΡΟΫΜΠΡΙΑ ΑΝΑΕΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣ
ΑΔ. 22087403584 Α.Μ. ΤΕΛ. 121924