

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΥΠΤΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (UNDER BODY)

Να έχουν διαστάσεις 220 x 90 cm κατ'ελάχιστο. Να είναι μαλακές, ακτινοδιαπερατές, να μην περιέχουν λάτεξ ούτε PVC. Να είναι κατασκευασμένες από υλικό στρωμάτων πολυπροπυλενίου με πολυμερές φιλμ θερμοκολλημένα. Ο τρόπος μεταφοράς (διάχυση) του αέρα να γίνεται με Ροή εξαναγκασμένου αέρα (Convective) και όχι εξ' επαφής (Conductive) καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος μερικού πάχους στα σημεία επαφής με τον ασθενή. Οι κουβέρτες να είναι σύμμορφες με το πρότυπο ISO10993, μη κυτταροτοξικότητα, για αποφυγή πρόκλησης αλλεργίας σε ασθενή. Η κουβέρτα να έχει ένα μη ενεργό τμήμα (να μην φουσκώνει) στο τμήμα των κάτω άκρων, για προστασία από θερμικό τραυματισμό σε ισχαιμικά άκρα. Να φέρει σπές αποστράγγισης υγρών, που να δημιουργούν σύστημα παροχέτευσης των υγρών ώστε να απομακρύνονται οποιαδήποτε υγρά από το την επιφάνεια του δέρματος του ασθενούς. Να φέρει δύο στόμια υποδοχής σωλήνα αέρος. Να φέρει στα πλάγια συνεχείς διατρήσεις σε κάθε πλευρά της κουβέρτας, για τα χέρια του ασθενούς, χωρίς να εμποδίζεται η απρόσκοπτη ροή του αέρα. Να φέρει ένα αποσπώμενο, διάτρητο περιφερικά τμήμα στη θέση τοποθέτησης της κεφαλής. Να φέρει ενσωματωμένες αυτοκόλλητες λωρίδες και αναδιπλούμενα τμήματα για συγκράτηση της κουβέρτας στο χειρουργικό τραπέζι. Να περιλαμβάνει ένα διάφανο πλαστικό οθόνιο κεφαλής 60cm περίπου, για διατήρηση της θερμότητας γύρω από το κεφάλι του ασθενούς. Το άνοιγμα για τον σωλήνα θερμού αέρα να έχει διάμετρο 5,5 cm. Η μονάδα διαχείρισης της θερμοκρασίας να έχει τη δυνατότητα επιλογής 4 τουλάχιστον επίπεδων θερμοκρασίας ambient room, 32o C, 38o C, 43o C.

Να συνοδεύεται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα θέρμανσης μέσω του αέρα εξαναγκασμένης ροής του συστήματος διαχείρισης θερμοκρασίας (μονάδα και κουβέρτα).

Η μονάδα διαχείρισης θερμοκρασίας να φέρει φίλτρο αέρα μικρότερο από 0,3μm για την επίτευξη μέγιστης δυνατής συγκράτησης σωματιδίων μέσα στη χειρουργική αίθουσα ή στο χώρο της ανάνηψης.

Να πληρούν το πρότυπο αναφλεξιμότητας 16 CFR 1610.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΕΠΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αρ. Πρωτ. 2208746334 ΑΔΑ: Τ2ΑΥ-Ν1824