

Τεχνικές Προδιαγραφές Αναλωσίμων Έγχυσης Φαρμάκων Μέσω Ηλεκτρονικής Αντλίας PCA

Σύστημα έγχυσης με καρφί μέσω ηλεκτρονικής αντλίας PCA

- Να είναι ενιαίο χωρίς να απαιτούνται εξτρά συνδέσεις, προς αποφυγήν διαρροών και μέγιστη ταχύτητα τοποθέτησης στην αντλία.
- Το ένα άκρο να έχει σύνδεσμο τύπου καρφί για σύνδεση σε ασκό και το άλλο άκρο να έχει σύνδεση luer lock.
- Να διαθέτει φίλτρο εξάλειψης αέρα 0,2 μm .
- Η πλήρωση να επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός πλήκτρου.
- Να φέρει ειδικό καπάκι στο άκρο που να επιτρέπει την διέλευση του αέρα αλλά όχι υγρών ώστε να αποκλείει την κατά λάθος έγχυση φαρμάκου κατά την διάρκεια της εξαέρωσης ή/και πλήρωσης.
- Ο σωλήνας να έχει εσωτερική διάμετρο μικρότερη από 1 mm ώστε να μην τσακίζει.
- Να είναι απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (DEHP free).

Να είναι συμβατό με τις ήδη υπάρχουσες αντλίες του τμήματος Evoloution Micrel.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΜΕΤΡΩΝΤΡΙΑ ΑΝΑΡΧΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΑΜΚΑ 22087403584 Α.Μ. 121924