

## Αυτοκόλλητο Διαφανές Επίθεμα Συγκράτησης Κεντρικού Καθετήρα

1. Να είναι από διάφανο φιλμ πολυουρεθάνης χωρίς εγκοπή.
2. Να είναι αδιαπέραστο σε υγρά και μικροοργανισμούς ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει.
3. Να φέρει υπο-αλλεργική ακριλική κόλλα η οποία να ανθίσταται στην εφίδρωση του δέρματος και να αποτρέπει την μη επιθυμητή αποκόλληση του επιθέματος.
4. Να φέρει ειδική θέση αναγραφής της ημερομηνίας τοποθέτησης του.
5. Η διαπερατότητα του επιθέματος (MVTR) να είναι  $720 \pm 20\% \text{ g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot 24\text{h}^{-1}$  στους  $37^\circ\text{C}$ , σύμφωνα με το EN-13726 και η βιοσυμβατότητα του να είναι σύμφωνα με το ISO-10993. Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια του προϊόντος που να το αποδεικνύουν.
6. Υλικό: Πολυουρεθάνη
7. Πάχος  $\geq 25 \pm 5 \mu\text{m}$ .
8. Κολλητικότητα: 400-1.000G/2mm και Βάρος:  $40 \pm 7\text{G}/\text{M}^2$
9. Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις:
  - $6 \times 7\text{cm} \pm 0,5$
  - $10 \times 12\text{cm} \pm 0,5$
  - $15 \times 20\text{cm} \pm 0,5$
  - $20 \times 30\text{cm} \pm 0,5$
  - $10 \times 25\text{cm} \pm 0,5$
  - $7,7 \times 8\text{cm} \pm 0,5$
  - $11,6 \times 14\text{cm} \pm 0,5$

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΓΚΕΛΕΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Α.Δ.Α.Κ.Α. 22007403004 Α.Μ. ΤΣΑΓ. 121924

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3 ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΓΚΕΛΕΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Α.Δ.Α.Κ.Α. 22007403004 Α.Μ. ΤΣΑΓ. 121924