

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GEL PAD ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

- Τα προσφερόμενα pads να είναι πολλαπλών χρήσεων, και να προστατεύουν τους ασθενείς από την δημιουργία ελκών κατάκλισης
- Τα pads να είναι κατασκευασμένα από βισκοελαστικό πολυμερές υλικό, το οποίο δεν περιλαμβάνει σιλικόνη και λάτεξ
- Το υλικό θα πρέπει να διανέμει το βάρος που του ασκείται σε όλη την επιφάνεια του, ώστε να προλαμβάνει την δημιουργία ελκών κατάκλισης σε ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα, και η σύσταση του να είναι τέτοια ώστε να μην διαρρέει σε περίπτωση που κοπεί το pad. Θα πρέπει επίσης να διαχέει την θερμότητα ομοιόμορφα, να είναι αντιβακτηριακό, ακτινοπερατό και υποαλλεργικό. Θα πρέπει να μην υποχωρεί με την μακρόχρονη χρήση.
- Τα προσφερόμενα να μπορούν να πλυθούν και να απολυμανθούν.
- Για επιμήκυνση του χρόνου ζωής των pads, να υπάρχει η δυνατότητα επιδιόρθωσης της επιφάνειας σε περίπτωση μικρών εγκοπών ή εκδορών.
- Το προσφερόμενο στήριγμα να έχει διαστάσεις περίπου (50.8 x 14.6 x 5.7) cm και στο επάνω μέρος του να διαθέτει κοίλη επιφάνεια βάθους περίπου 1.9 cm για την αποτελεσματικότερη στήριξη του βραχίονα.
- Το στήριγμα μέσω της κοιλότητας του να αγκαλιάζει το χέρι του ασθενούς, παρέχοντας πλήρη προστασία σε όλο το μήκος του βραχίονα, του αγκώνα και του αντιβραχίου.
- Τα προσφερόμενα να φέρουν σήμανση CE, ο δε κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485:2016. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
- Να διαθέτουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004, να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΟΡΙΝΑΣ  
ΓΚΕΛΕΒΕ ΤΙΣΣΟΡΙΑ  
ΠΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΕΡΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Α.Μ.Κ.Α. 22087403584 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 121924