

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ηλεκτρόδιο παλμικής νευροτροποποίησης και πλήρως ελεγχόμενης θερμικής ριζοτομίας- ριζόλυσης σε συγκεκριμένο πεδίο με μεταβαλλόμενο ενεργό άκρο-καθετήρα.

Το μεταβαλλόμενο άκρο να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει διαστάσεις από 1 mm έως 25 mm καθώς και να μετατρέπεται από τυφλό σε μυτερό και κατά την διάρκεια της ιατρικής πράξης σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Η μεταβολή αυτή να γίνεται με ρυθμιστή που να βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του ηλεκτροδίου και να είναι διαβαθμισμένος ως προς το μήκος του ενεργού άκρου που χρησιμοποιείται.

Το μήκος του ηλεκτροδίου να είναι από 50 mm έως 200 mm ανάλογα με τις απαιτήσεις της ιατρικής πράξης.

Το πάχος του ηλεκτροδίου να είναι από 16-24 Gauge. Το τυφλό ατραυματικό άκρο να έχει την δυνατότητα και παράλληλης έγχυσης φαρμάκων κατά την διάρκεια η στο πέρας της θεραπείας από πλάγιο στόμιο για καλύτερη διασπορά αυτού στον περινεύριο χώρο.

Το ηλεκτρόδιο μεταβλητού άκρου να είναι συμβατό με τη γεννήτρια κλειστού βρόγχου τετραπολικής κατασκευής.

Τα προϊόντα να φέρουν CE MARK.

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 3.4.4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΟΡΙΝΑΣ
ΓΚΕΛΕΣΕ ΜΕΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΑ: 22087403584 Α.Μ. ΤΣΑ: 121924