



Κωδικός Αίτησης : ΑΙΤΠΡ-ΧΕΙΡΟ 70
Κωδ. Αιτήματος στην Κ.Α. : ΑΙΤΜ ΜΑ 181
Αρ. έρευνας αγοράς :
Αρ. συμφωνητικού :

3η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11/02/2026
Α. Π.: Εισερχ. 1710
Δ. Π. Αποστολέα: 1710

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ για προμήθειες ή υπηρεσίες καθαρής αξίας άνω των 2,500 χιλ.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ)
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Διεκπαιρωτής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τεκμηρίωση:

		Τρόφιμα		Βιοϊατρικός Εξοπλισμός		Η/Μ Εξοπλισμός		Αναλώσιμα	
A/A	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΑΛΕ	Μον. μέτρησ.	Ποσό τητ	Φ.Π.Α.	Τιμή	Προϋπ. Δαπάνης	Προϋπ. Δαπάνης με Φ.Π.Α.
1	02-26-1501	ΓΑΖΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 10*10	3230203000	ΤΕΜ	10	13%	0	0	0
Φ.Π.Α.		Καθαρό Λόγ							

Φ.Π.Α.	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α.
13%	0	0

ΣΥΝΟΛΑ	Καθαρή Αξία :	ΦΠΑ :	Τελικό Σύνολο :
	0	0	0

☐ Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στην αποθήκη
☐ Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σύμβαση
Για το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Για το Τμήμα Προμηθειών

Υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 3230203000,
Ο/Η Υπεύθυνος Λογιστηρίου/Προϋπολογισμού

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει: Με απευθείας συμφωνία ☐ Με ενδεικτικές τιμές ☐ Με τιμές ΦΕΚ ☐
Με πρόχειρο διαγωνισμό ☐ Με τιμές βάσει προηγούμενου λήξαντος διαγωνισμού ☐

Ο/Η Προϊστάμενος Οικονομικού

Ο/Η Διοικητικός Διευθυντής

ΔΟΥΜΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(υπογραφή - σφραγίδα)

(υπογραφή - σφραγίδα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

A/A	Επωνυμία Προμηθευτή	Τηλέφωνο	Ημ/νία Προσφοράς	Προσφερόμενη τιμή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΓΝΑΤΙΑ)
9 Τ.Κ. : 53100 ΠΟΛΗ : ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΦΜ: 999669027 ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΛ : 2385350266)

Γάζα παραφίνης με χλωρεξιδίνη B.P. 0,5% w/w., με αντιμικροβιακή δράση έναντι ευρέος φάσματος βακτηρίων

Αντιμικροβιακή παραφινούχα γάζα εμποτισμένη με χλωρεξιδίνη 0,5% για χρήση επί εγκαυμάτων, ελκών, δερματικών μοσχευμάτων και τραυμάτων. Να είναι κτασκευασμένη από διάτρητη γάζα βάμβακος, διαπερατή στο εξίδρωμα του τραύματος. Να διαθέτει αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή δράση έναντι ευρέος φάσματος βακτηρίων, όπως θετικών και αρνητικών κατά Gram βακτηρίων κ.α. Να διατίθεται σε συσκευασία αλουμινίου και να είναι αποστειρωμένη με γ' ακτινοβολία. Να μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος και να φέρει σήμανση CE Class III βάσει της κατηγοριοποίησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Διαστάσεις 10cm x 10cm. Να κατατίθεται δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προμηθεύτρια εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια για την διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά Νοσοκομεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος