

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GEL PAD ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ

- Τα προσφερόμενα pads να είναι πολλαπλών χρήσεων, και να προστατεύουν τους ασθενείς από την δημιουργία ελκών κατάκλισης
- Τα pads να είναι κατασκευασμένα από βισκοελαστικό πολυμερές υλικό, το οποίο δεν περιλαμβάνει σιλικόνη και λάτεξ
- Το υλικό θα πρέπει να διανέμει το βάρος που του ασκείται σε όλη την επιφάνεια του, ώστε να προλαμβάνει την δημιουργία ελκών κατάκλισης σε ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα, και η σύστασή του να είναι τέτοια ώστε να μην διαρρέει σε περίπτωση που κοπεί το pad. Θα πρέπει επίσης να διαχέει την θερμότητα ομοιόμορφα, να είναι αντιβακτηριακό, ακτινοπερατό και υποαλλεργικό. Θα πρέπει να μην υποχωρεί με την μακρόχρονη χρήση.
- Τα προσφερόμενα να μπορούν να πλυθούν και να απολυμανθούν.
- Για επιμήκυνση του χρόνου ζωής των pads, να υπάρχει η δυνατότητα επιδιόρθωσης της επιφάνειας σε περίπτωση μικρών εγχοπών ή εκδορών.
- Το προσφερόμενο στήριγμα να έχει διαστάσεις περίπου (22.2 x 19.7 x 12) cm και να διαθέτει ειδική οπή στο κέντρο του για την αποτελεσματική τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενούς σε πρηνή θέση.
- Τα προσφερόμενα να φέρουν σήμανση CE, ο δε κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485:2016. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
- Να διαθέτουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004, να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΣΙΑ ΟΜΟΚΛΟΝΙΑΣ
ΓΚΕΛΕΡΕΤΕΡΟΡΓΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΤΕΠΙΣΤΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΚΑ: 22057403584 Α.Μ. ΤΣΑΕ: 121924