

Rapid Monotest.

Τεστ ταχείας χρωματογραφικής ανοσοδοκιμασίας (ανοσοχρωματογραφίας) για ποιοτικό προσδιορισμό Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης.

1. Η εξέταση να μπορεί να γίνεται με δείγμα ορού, πλάσματος ή ολικού αίματος (φλεβικό και δακτύλου).
2. Η κασέτα να περιέχει γραμμή ελέγχου (Control) και δοκιμής (Test).
3. Αποτέλεσμα εντός 10 λεπτών.
4. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων (CE MARK).

(02-25-2437)