

Σύστημα φλεβοκέντησης που αποτελείται από:

Καθετήρα από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, DEHP free τύπου πεταλούδας με φαρδιά αναδιπλούμενα πτερύγια πλάτος το ελάχιστο 14mm εκατέρωθεν και μήκους 16mm εκατέρωθεν. Με ευέλικτη προέκταση που καταλήγει σε Υ, το ένα άκρο του οποίου διαθέτει βαλβίδα bolus χορήγησης, μακράς παραμονής (Άνω των 72 ωρών). Με μηχανισμό ασφαλείας ολόκληρης της βελόνας – οδηγού και όχι μόνο της μύτης, ο οποίος διέρχεται από την προέκταση κατά την απομάκρυνση του. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος ή προσπέκτους.

(02-25-2448) 23 G  
02-25-2450 24 G

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΟΡΙΝΑΣ  
ΓΚΕΛΕΒΕ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΑΔΙΚΑ 22037402534 Α.Μ. 121624