

ΜΤΥ 2018 - Τεχνικές προδιαγραφές για μονιμούς ΚΦΚ.

Μόνιμοι καθετήρες αιμοκάθαρσης

Προδιαγραφές

Σετ μόνιμου υποκλείδιου/σφαγιτιδικού/μυρτιάου
εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 15 FR
περίπου από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια
χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του
σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ)
και σε διάφορα μήκη από 24 έως 40 εκατοστά με
προτοποθετημένο σταθερό cuff.

Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του:

καθετήρα διπλού αυλού,
αποσχιζόμενο αγγειακό
διαστολέα/οδηγό,
αγγειακούς διαστολείς,
τροκάρ,

βελόνα παρακέντησης,
συρμάτινο οδηγό,
ειδικά

πώματα κλπ.

Ακτινοσκιερός,

κατάλληλος για αιμοκάθαρση,

αιμοδιήθηση,

πλασμαφαίρεση,

CVVH κλπ.

Η παροχή αίματος να είναι περίπου 400 ml/min.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Να φέρουν σήμανση CE.

ΕΠΙΜ. Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΗΝΗ
ΑΔΤ ΑΖ 29930441 ΜΑΤΙΝ
ΑΜΑ Ν. 11069